

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.511.002/0001-07



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 020/2026

Senador José Porfírio/PA, 06 de abril de 2026.

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o art. 72, inciso I da Lei Federal nº. 14.133/2021, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o Documento de Formalização da Demanda, a cargo da área requisitante da solução.

2. PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

2.1.1. Área Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1.2. Responsável pela demanda: Gecilda Aparecida de Lima/ Secretária Municipal de Saúde.

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA


A presente demanda refere-se à aquisição de equipamentos hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio-PA.

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade de aquisição devido ao aumento no número de atendimentos realizados no Hospital Municipal de Senador José Porfírio, bem como contratações de médicos e profissionais de enfermagem, torna-se necessária a aquisição de novos equipamentos hospitalares.

A presente solicitação tem por objetivo atender de forma adequada a crescente demanda dos pacientes, garantido qualidade, segurança e eficiência nos atendimentos prestados. Além disso, busca-se realizar a substituição de equipamentos que, com o passar do tempo, apresentaram desgaste natural ou deixaram de funcionar adequadamente, comprometendo a rotina hospitalar.

Dessa forma, a aquisição dos referidos equipamentos é essencial para o bom funcionamento das atividades hospitalares e para assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, bem como um atendimento digno e de qualidade à população usuária do SUS.



5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO


A presente solicitação tem por finalidade atender à necessidade de aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Municipal de Senador José Porfírio.

Considerando o aumento da demanda por atendimentos no Hospital Municipal, ocasionando pelo crescimento populacional e pela ampliação dos serviços de saúde, torna-se indispensável o investimento em novos equipamentos hospitalares. Os equipamentos atualmente disponíveis encontram-se em parte desgastados pelo uso contínuo ou fora de funcionamento, comprometendo a eficiência das ações e a segurança dos pacientes e profissionais.

Portanto, a aquisição dos novos equipamentos é medida essencial para garantir a continuidade e a qualidade do atendimento à população, além de modernizar a infraestrutura hospitalar, oferecendo melhores condições de trabalho e fortalecendo a rede pública de saúde do município.

6. QUANTITATIVO DE DEMANDA


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Carrinho para curativos em aço inox com balde e bacia , especificações: armação tubular tampo e prateleira em chapa de aço inox pés com rodízios de 3", varandas e suporte para balde e bacia inox, balde de 5 litros em inox, bacia de 3 litros em inox.	03
2	Armário vitrine 2 porta e 4 prateleiras especificações: Armário hospitalar tipo vitrine com 2 portas, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Prateleiras internas em vidro temperado ou material de resistência equivalente (mínimo 4 prateleiras). Portas com sistema de fechamento com chave. Dimensões aproximadas: altura entre 1,40m a 1,80m (tolerância aceitável). Deve garantir estabilidade e nivelamento.	05
3	Macas transporte com rodas , especificações: maca hospitalar para transporte de pacientes, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática ou inox. Rodízios de no mínimo 5 polegadas, com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Capacidade mínima: 150 kg. Leito com superfície acolchoada impermeável e de fácil higienização. Deve possuir grades laterais retráteis (preferencial).	04
4	Suporte hospitalar para soro tripé , especificações: base em tubo quadrado, parte superior (haste), com 04	



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.511.002/0001-07




	ganchos, possuindo movimento vertical feito por meio de mandril, pés providos de rodízios, dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,62cm, largura: 0,37cm, altura: 0,37cm.	25
5	Nebulizador hospitalar com 4 saídas , especificações: Nebulizador hospitalar com mínimo de 4 saídas simultâneas. Compressor isento de óleo, funcionamento contínuo, bivolt automático. Acompanha no mínimo: máscaras adulto e infantil, copos nebulizadores e mangueiras. Sistema com proteção térmica e baixo nível de ruído. Certificação conforme normas vigentes.	04
6	Kit de laringoscópio adulto com 6 Lâminas retas e curvas , especificações: Kit com cabo e lâminas retas e curvas (mínimo 3 de cada). Iluminação LED ou tecnologia equivalente. Material em aço inoxidável autoclavável. Compatível com esterilização hospitalar. Registro na ANVISA.	03
7	Kit de laringoscópio infantil , especificações: Kit com cabo e lâminas infantis adequadas (mínimo 3 tamanhos). Material resistente à corrosão e esterilizável. Iluminação eficiente. Registro ANVISA obrigatório.	03
8	Kit de laringoscópio pediátrico convencional , especificações: Kit pediátrico com lâminas curvas (mínimo 3 tamanhos). Estrutura resistente, iluminação eficiente e compatível com esterilização.	02
9	Hamper hospitalar com 3 rodas , armação: tubular, saco em forte tecido de algodão cru, pés providos de rodízios de 2", capacidade aproximada 150 litros, dimensões externas aproximadas: comprimentos: 51cm, largura 51cm, altura 79,5cm.	02
10	Biombo hospitalar triplo , especificações: lona plástica, estrutura confeccionada em tubo de aço carbono, pés confeccionados em tubo de aço carbono. Dimensões aproximadas C x L x A: Aberto: 2,10 x 0,55 x 1,80 / Fechado: 0,70 x 0,55 x 1,80.	06
11	Oxímetro de pulso portátil hospitalar , especificações: Oxímetro portátil com medição de SpO2 e frequência cardíaca. Tela colorida com boa visualização. Alarmes sonoros e visuais ajustáveis. Bateria recarregável com.	15



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.511.002/0001-07




	autonomia mínima de 8 horas. Aplicável para adulto, pediátrico e neonatal. Registro ANVISA obrigatório.	
12	Estante em aço inoxidável com 6 prateleiras lisas , especificações: 1,5m (150x50x200cm). Suporta até 80 kg em cada prateleira, estante de aço inox, resistência aos agentes corrosivos ou danos externos	15
13	Escada auxiliar 2 degraus , especificações: escada para maca com 2 degraus antiderrapante, altura: 35cm, largura:35cm, comprimento: 49cm, peso: 3 kg.	20
14	Escada três degraus , especificações: banqueta alumínio 3 degraus escada banquetta soft, escada 100% em alumínio, acessórios em polipropileno, trava de segurança em alumínio com articulação lateral, barra inferior traseira de reforço da estrutura sapatas e degraus antiderrapante, produto indicado para até 120 kg, dimensões do produto (cm): alt: 62, larg.: 34, prof.: 51,5	02
15	Armário vitrine em vidro com 2 portas , especificações: Armário hospitalar tipo vitrine com 2 portas, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Prateleiras internas em vidro temperado ou material de resistência equivalente (mínimo 3 prateleiras). Portas com sistema de fechamento com chave. Dimensões aproximadas: altura entre 1,40m a 1,80m (tolerância aceitável). Deve garantir estabilidade e nivelamento.	02
16	Leito de enfermaria (cama hospitalar) , especificações: Cama hospitalar com no mínimo 2 movimentos manuais. estrutura em aço com pintura eletrostática. Rodízios com travas. Capacidade mínima: 120 kg. Acompanha colchão compatível impermeável.	08
17	Monitor cardíaco hospitalar , especificações: Monitor com parâmetros mínimos: ECG; SpO2; PNI; temperatura e respiração. Tela: mínima de 10 polegadas. Alarmes configuráveis. Memória de dados. Registro ANVISA.	02
18	Ventilador pulmonar eletrônico , especificações: Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado, portátil, destinado ao atendimento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, inclusive em ambiente de transporte intra-hospitalar e atendimento de urgência e	



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.511.002/0001-07




	emergência, com funcionamento por turbina interna ou tecnologia equivalente, apto para ventilação invasiva e não invasiva. O equipamento deverá possuir, no mínimo: modos ventilatórios compatíveis com atendimento de pacientes adulto, pediátrico e neonatal, abrangendo ventilação controlada e assistida, a volume e/ou pressão, além de modo espontâneo e modalidade não invasiva; tela para visualização de parâmetros ventilatórios, curvas e alarmes; monitorização mínima de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto, relação I:E, pressão nas vias aéreas, PEEP, FIO2 e apneia; alarmes audiovisuais para parâmetros críticos e falhas operacionais; bateria interna recarregável com autonomia mínima compatível com uso em transporte; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com a rede elétrica nacional; recursos que permitam uso em unidades hospitalares, ambulâncias ou resgate, conforme aplicação clínica; circuito respiratório, sensores, cabos e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; manual de operação em português; registro na ANVISA.	02
19	Bombas de infusão com equipo universal especificações: Bomba volumétrica com controle digital. Compatível com equipo universal. Alarmes de segurança (oclusão, ar, fim de volume). Registro ANVISA.	04
20	Aspirador cirúrgico 3 litros com pedal , especificações: Aspirador com capacidade mínima de 3 litros. Sistema de sucção regulável. Compressor isento de óleo. Baixo nível de ruído.	02
21	Carrinho de parada – emergência , Carrinho com no mínimo 3 gavetas. Rodízios com trava. Suporte para monitor, cilindro e desfibrilador. Sistema de lacre.	02
22	Desfibrilador externo automático , especificações: portátil com instruções por voz em português. Bateria recarregável. Pás adulto/pediátrico. Registro ANVISA.	02
23	Mesa auxiliar hospitalar para procedimentos , especificações: mesa auxiliar 40x60x80cm, aço inoxidável, 4 rodízios de 2", peso 10,0kg.	03
24	Mesa Bancada de inox hospitalar , especificações: 70x40x90, suporta até 150 kg de carga, sendo 100kg na tampa superior e 50 kg em casa tampa inferior, 100% aço	03



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.511.002/0001-07



	inoxidável, espessura das chapas de aço 0,8 mm, espessura dos tubos 1mm, com pés.	
25	ambu adulto, criança e infantil com máscaras , especificações: um conjunto, 100% livre de látex, reanimação manual em PVC, reanimação respiratória, balão respiratório, máscara de PVC, tubo de oxigênio, saco reservatório.	03
26	Kit de imobilização (colar cervical, talas, prancha), especificações: , 1 prancha longa em polietileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e verde) 1 jogo de tala aramada em borracha tipo e.v.a. com 4 tamanhos, 1 colar cervical p, 1 colar cervical m, 1 colar cervical g, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 12 ataduras de crepe 10 x 1,20 cm, 12 ataduras de crepe 15 x 1,20cm, 1 fita micropore 5,0cm x 4,5cm,	04
27	Altoclave Horizontal 12 litros bivolt , especificações: bivolt automático 110/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V, câmara aço inox, capacidade 12 litros, digital, fácil manuseio, programa único de esterilização, desaeração e depressurização automática.	03
28	Avental de chumbo resistente à radiação do raio X , especificações; avental de proteção de chumbo é feito de borracha de chumbo de alta qualidade, material na parte externa tecido oxford, antiestático, resistente ao desgaste, macio e à prova d'água, tamanho G 110*60cm (43,3*23,6 polegadas). Adequado para altura: 180-190cm 70,8-74,8 polegadas com dimensões para gestantes, design de velcro, tamanho ajustável, é ergonômico.	01
29	Mala kit Trauma Para Resgate completa , especificações; Mala confeccionada em nylon, na cor verde, medindo: 0,88m de comprimento, 0,30m de altura e 0,15m de largura, com duas divisões. Possui divisão para materiais de imobilização provisória, com bolso para guardar colares cervicais, bandagens elásticas para ataduras de crepe, esparadrapo e fita crepe. Fita de velcro para guarda de talas aramadas fixadas por velcro e elástico. Conteúdo: Tesoura ponta romba, Pinça anatômica nº16; Máscaras descartáveis int; Gaze	02



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.511.002/0001-07



	7,5x7,5cm; Ataduras de rayon 7,5x5m não estéril; Ataduras de 10x1,8m; Ataduras de 15x1,8m; Ataduras de 25x1,8m; Bandagens Tam. P 1,00x0,70x0,70; Rolo de esparadrapo de 5x4,5m; Tubo de álcool 500ml; Esfigno c/ esteto simples adulto; Máscara pocket; Manta térmica 2,10x1,40; Jogo de cânulas de guedel de 0 a 5; Jogo de talas EVA (PP, P, M, G); Jogo de cervical (P, M, G)	
30	Foco Cirúrgico Teto , especificações; Foco cirúrgico de teto com iluminação mínima adequada para procedimentos. Ajuste de intensidade e posicionamento. Baixa emissão de calor.	01
31	Seladora hospitalar , especificações; seladora hospitalar com controle de temperatura ajustável. Operação contínua. Compatível com embalagens hospitalares.	01

7. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

O objeto da contratação está em conformidade com o Plano Anual de Contratações do exercício correspondente, elaborado pela área demandante e integrado ao planejamento geral da Administração Municipal, estando alinhado às metas institucionais do Fundo Municipal de Saúde.

GECILDA
APARECIDA DE LIMA:39543110204
Assinado de forma digital por
GECILDA APARECIDA DE
LIMA:39543110204
Data: 2026.04.06 09:39:11
+03'00'

GECILDA APARECIDA DE LIMA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2025